

Памятка потребителю

по проверке счетчиков воды на дому без снятия прибора учета воды

Проведение проверки счетчиков воды на месте их установки на данный момент регламентируется методикой проверки «МИ 1592-2015. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика проверки». Время проведения проверки в среднем составляет 25-40 минут. Согласно этой методике при проверке счетчиков воды на месте их установки выполняются следующие операции:

1. **Внешний осмотр**

При внешнем осмотре визуально определяют возможность считывания показаний счетчика, его работоспособность, проверяют целостность счетного механизма счетчика, отсутствие механических повреждений на корпусе счетчика, соответствие комплектности счетчика описанию типа, наличие знака утверждения типа на счетчике в установленном месте

2. **Опробование**

Проверка герметичности соединений. Пропускают воду через счетчик при наибольшем расходе (при полностью открытых запорных устройствах) с целью удаления воздуха из системы в течении не менее 1 минуты. Проверяют герметичность соединений счетчика с трубопроводом и эталоном.

Проверку проводят давлением воды в системе при открытом запорном устройстве перед счетчиком и закрытом запорном устройстве после эталона. Результаты проверки считают удовлетворительными, если после выдержки в течение 5 минут в местах соединений

3. **Определение относительной погрешности**

производится с помощью переносных измерительных установок для определения погрешности счетчика. Результаты проверки считаются положительными, если значения относительной погрешности счетчика при каждом измерении не превышают пределов в среднем 2-5 %. При отрицательных результатах проверки счетчик признается непригодным к применению, свидетельство о проверке не выдается и выписывается извещение о непригодности к применению.

Обращаем внимание! Проверку счетчиков осуществляют только аккредитованные организации в области обеспечения единства измерений! Уточнить информацию о наличии аттестата аккредитации можно на сайте Федеральной службы аккредитации (<http://fsa.gov.ru/>).

Поле проделанной работы поверитель должен выдать следующие документы:

- свидетельство о проверке или извещение о непригодности
- договор об оказании услуг;
- акт сдачи-приема выполненных работ;
- платежный документ.

Все документы должны быть выписаны от одной организации!!!

ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

Тел 59-60-60